

Ultraschall-Reinigungslösung ULTRA VP17

Das flüssige Ultraschall-Reinigungs-Konzentrat VP17 ist universell für Gold, Silber, Stahl und Buntmetalle geeignet.

ULTRA VP17 erfüllt mit über 80% biologischer Abbaubarkeit nach OECD-Methodik die gesetzlichen Anforderungen. Es verursacht bei sachgemäßer Verwendung nach bisheriger Erfahrung keine Störungen bei der Abwasserreinigung.

Arbeitsbedingungen

Ansatz	-	1-2%
Temperatur	-	60-80°C
pH Wert	-	7-8

Die notwendige Reinigungszeit ist je nach Warenart und Verschmutzungsgrad unterschiedlich. Die Zeiten sind durch Versuche zu ermitteln, jedoch sind Reinigungszeiten über 3 Min. nicht sinnvoll.

ACHTUNG !

Nach erwärmen der Reinigungsflüssigkeit, muss durch beschallen (ca. 1-5 min.), die Flüssigkeit entlüftet werden.

